	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг Краља Петра број 1
Број: 01.05-81930/20-2018
Београд, 01.06.2018.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0406/2017, за набавку услуга: Услуге баждарења бензинске пумпе, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0406/2017 - Услуге баждарења бензинске пумпе**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

замолио би Вас за додатно појашњење следећих ставки из табеле 3. Спецификације за набавку услуга:

Р.бр. 1. Оверавање справе за мерење запремине ТГ са припремом и израдом документације, наведена је количина 4 комада, да ли се то односи на број пумпних апарата или на број славина за истакање горива. Уколико се наведена количина односи на број пумпних апарата замолио би да наведете количину славина које треба да се овере.


ОДГОВОР 1:

Наручилац ће на постављено питање одговорити изменом конкурсне документације на тај начин што ће додати Технички опис за предметну јавну набавку.

ПИТАЊЕ 2:

Р.бр. 2. Оверавање резервоара са припремом и израдом документације, наведена количина 4 комада у овој тачци замолио би вас за следеће податке:

- која је запремина резервоара (сваког појединачно)
- да ли су резервоари надземни или цилиндрични укупани
- да ли се резервоари налазе на истој локацији (објекту)

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

- да ли на локацији / локацијама где се налазе резервоари постоји хидрантска инсталација (исправна са прописаним протоком) са које би се могла користити вода за баждарење резервоара

- да ли на локацији / локацијама где се налазе резервоари постоји сепаратор где би се вода након баждарења могла испустити

- да ли су резервоари празни или ће требати извршити извлачење и складиштење горива док трају радови и која би била оквирна количина горива

- под израдом документације, осим баждарних таблица, шта се још тачно подразумева?

ОДГОВОР 2:

Наручилац ће на постављено питање одговорити изменом конкурсне документације на тај начин што ће додати Технички опис за предметну јавну набавку.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.



КОМИСИЈА
ЈН/2000/0406/2017
Радивоје Мидутиновић, дипл. инж.