

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

Број: 01.01. - 345446/38-2018
02.11.2018

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0283/2018, за набавку добара: Машински материјал за потребе ревитализације, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0283/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

„Сходно ЈН/2000/0283/2018- МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ објављено дана 23.10. 2018. желимо да поставимо питање на тему позиција 6,7 и 9.

Позиција 6- У опису стоји Mitutoyo series 345, 145 Caliper type. Желимо да напоменемо да је серија 345- Дигитални уређај, а серија 145 Аналогни уређај. Па Вас молимо да се изјасните да ли треба да се понуди 345 или 145.

Позиција 7- У опису стоји Mitutoyo series 345, 145 Caliper type. Желимо да напоменемо да је серија 345- Дигитални уређај, а серија 145 Аналогни уређај. Па Вас молимо да се изјасните да ли треба да се понуди 345 или 145

Позиција 9 – У опису стоји „Преносиви уређај Mitutoyo – SURTRONIC DUO 5 Plus...“ Желимо да напоменемо да се овде ради о именима два различита уређаја- произвођача. **Mitutoyo i SURTRONIC DUO 5** су два различита произвођача и никако не могу носити једно име.. Мислимо да је грешка и да треба да стоји само SURTRONIC DUO 5 Plus с’обзиром да је наведена и сифра која одговара овом моделу . Молим проверите“

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће кроз другу измену конкурсне документације извршити измену спецификације за партију 3.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0283/2018



Тома Ташић